

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa thuộc Chương trình phục hồi và phát triển – xã hội, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.  
Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.  
SĐT: 02573.681.893/ 0905851897(Ds. Thi)  
Email: khoaduocsonhoa@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
  - Nhận qua email:khoaduocsonhoa@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h00' ngày 26 tháng 02 năm 2024  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, chi tiết theo bảng sau.

STT	Danh mục trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (tự động)	Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2023 - Máy xét nghiệm sinh hóa tự động xuất xứ chính hãng I. Cấu hình thiết bị: - Máy chính đồng bộ: 01 cái	01	Hệ thống





STT	Danh mục trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần mềm điều khiển, thu nhận dữ liệu và phân tích kết quả, chuyển đổi dữ liệu, kết nối với các phần mềm phân tích chuyên dụng khác: 01 bộ</li> <li>- Bộ hóa chất cài máy (Glucose, AST, ALT): 01 bộ</li> <li>- Hệ thống lọc nước RO dùng riêng cho máy: 01 cái (Mua tại Việt Nam)</li> <li>- Bộ máy tính điều khiển: 01 bộ (Mua tại Việt Nam)</li> <li>- Máy in: 01 cái (Mua tại Việt Nam)</li> <li>- Bộ lưu điện UPS 2 KVA online: 01 bộ (Mua tại Việt Nam)</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul>		
2	Nồi hấp tiệt trùng (300 lít)	<p>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính thể tích 300 lít</li> <li>- Có 01 cửa mở tay: 01 cái</li> <li>- Màn hình điều khiển chạm tay bằng tinh thể lỏng tích hợp: <math>\leq 5.7</math> in: 01 cái</li> <li>- Nồi đun tích hợp theo máy bằng inox 304: 01 cái</li> <li>- Kệ đựng dụng cụ hấp: Kệ 02 tầng</li> <li>- Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</li> <li>- Máy có chức năng tự động hâm nước, hâm nóng, tạo chân không, đun nóng, tiệt trùng, xả, làm khô chân không, thông khí tích hợp trong máy: 01 bộ</li> <li>- Vật liệu: Buồng hấp, vỏ buồng hấp, nồi đun và đường ống bằng inox 304: 01 bộ</li> <li>- Hệ thống bơm tạo chân không tích hợp theo máy: 01 cái</li> <li>- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì, vận hành máy: tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>- Bộ xử lý nước Việt Nam phù hợp công suất máy</li> </ul>	01	Máy



STT	Danh mục trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Số lượng	Đơn vị tính
3	Dao mổ điện cao tần	<p>Cấu hình cung cấp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn đạp điều khiển 2 nút bấm: 01 cái.</li> <li>- Dây nối tâm điện cực trung tính: 01 sợi.</li> <li>- Dây điện cực cắt / đốt đơn cực cho phẫu thuật nội soi: 01 cái.</li> <li>- Dây điện cực cắt / đốt lưỡng cực cho phẫu thuật nội soi: 01 cái.</li> <li>- Vật tư tiêu hao theo máy: 01 gói.</li> </ul> <p>Yêu cầu thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 220V - 50Hz.</li> <li>- Công suất: 120W.</li> <li>- Kích thước: <math>\leq 330 \times 285 \times 105</math>mm (D x R x C).</li> <li>- Khối lượng: <math>\leq 3.5</math>kg.</li> <li>- Bảo vệ chống điện giật: cấp độ I.</li> <li>- Tần số hoạt động của máy: <math>\leq 333</math> kHz.</li> <li>- Xung kháng khử rung tim: theo tiêu chuẩn EN 60601-1 hoặc tương đương.</li> <li>- Có hệ thống theo dõi điện cực trung tính</li> <li>- Tự động kiểm tra bộ phát và phụ kiện kết nối sau khi bật nguồn hiển thị bằng mã dịch vụ. Chế độ cắt đơn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ cắt đơn thuần: 120W.</li> <li>- Chế độ cắt hỗn hợp cầm máu: 120W.</li> </ul> </li> <li>Chế độ cầm máu đơn cực: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ cầm máu nhẹ: 120W.</li> <li>- Chế độ cầm máu mạnh: 120W.</li> </ul> </li> <li>Chế độ cầm máu lưỡng cực: 120W.</li> </ul> <p>Yêu cầu tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng cắt đốt polyp trong nội soi tiêu hóa.</li> <li>- Tích hợp đầy đủ mode phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực.</li> </ul>	01	Cái



STT	Danh mục trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Số lượng	Đơn vị tính
4	Máy điều trị xung điện	<p>I. Yêu cầu cấu hình: Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dây cáp : 01 bộ.</li> <li>-Bộ điện cực : 01 bộ, gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+Điện cực cao su <math>\leq 50 \times 50</math> mm: 01cái.</li> <li>+Đệm bọc điện cực <math>\leq 70 \times 75</math> mm: 01cái.</li> <li>+Điện cực cao su <math>\leq 100 \times 50</math> mm: 01cái.</li> <li>+Đệm bọc điện cực <math>\leq 115 \times 80</math> mm: 01cái.</li> <li>+Điện cực cao su <math>\leq 105 \times 155</math> mm: 01cái.</li> <li>+Đệm bọc điện cực <math>\leq 130 \times 175</math> mm: 01cái.</li> <li>+Đai thắt điện cực có nút <math>\leq 60</math> cm: 01cái.</li> <li>+Đai thắt điện cực có nút <math>\leq 120</math> cm: 01cái.</li> </ul> </li> </ul> <p>II. Yêu cầu kỹ thuật:  Máy điện xung điện phân là một trong những máy sử dụng rất phổ biến trong y học vật lý trị liệu.  Máy có thể sử dụng trong điều trị cùng các dòng máy khác như máy siêu âm điều trị trong các chương trình phục hồi chức năng sau chấn thương, các tổn thương về cơ v.v...  Màn hình màu cảm ứng, thiết kế hiện đại, hiển thị rõ ràng các điều trị, thông số liên quan. Chương trình thiết lập tùy biến, danh mục đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng...  Lớp bảo vệ: I. Loại BF...</p>	01	Máy
5	Máy phân tích huyết học	<p>Cấu hình cung cấp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 02 Cái</li> <li>- Bộ tải mẫu tự động: 01 Bộ</li> <li>- Bộ nén khí: 01 Bộ</li> <li>- Bộ barcode cầm tay: 01 Bộ</li> <li>- Bộ máy vi tính, màn hình màu</li> </ul>	01	Máy



STT	Danh mục trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Số lượng	Đơn vị tính
		LCD, hệ điều hành Window bản quyền: 01 Bộ - Bộ hóa chất chạy máy cơ bản: 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ		
6	Máy siêu âm tổng quát (4 đầu dò)	- Màn hình siêu âm (Màn hình chính): 01 cái Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái - Đầu dò Convex đa tần: 01 cái - Đầu dò khối 4D đa tần: 01 cái - Đầu dò linear đa tần số: 01 cái - Đầu dò Microconvex đa tần: 01 cái - Phụ kiện Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái - Máy in phun màu: 01 cái - Card thu hình ảnh từ siêu âm sang máy tính: 01 cái - Bộ phần mềm DICOM 3.0 đầy đủ: 01 bộ - Bộ phần mềm xử lý hình ảnh và hỗ trợ tối ưu hóa bản quyền: 01 bộ - Bộ máy vi tính đồng bộ kèm bàn ghế: 01 bộ - Máy tính để bàn: 1 bộ - Bộ lưu điện online 2KVA Santak C2K-LCD: 01 chiếc - Điện áp: 220/230/240 VAC - Tần số: 50/60 Hz - Gel siêu âm: 01 Can <= 5kg - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ	01	Máy
<b>Tổng cộng: 06 mặt hàng</b>				

**Ghi chú:**

- Báo giá phải bao gồm các loại thuế, các loại chi phí khác và nhân công lắp đặt (do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu)

- Tính năng, cấu hình của bảng trên là tham khảo. Các nhà cung cấp đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; đáp ứng các yêu



*cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.*

2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Các thông tin khác: Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c)
- BGĐ (b/c)
- Lưu KD, VT.

GIÁM ĐỐC *JML*



**LÊ THỊ THANH NHÀN**



Công ty: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐT: .....



## BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 165 /TTYT, ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Sơn, chúng tôi đại diện nhà cung cấp ..... báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục	Tên Thương mại	Quy cách, cấu hình, tính năng kỹ thuật	Chủng loại (model) / Mã sản phẩm	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu	Hãng sản xuất, nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Mặt hàng A								
2	Mặt hàng B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ..... tháng 02 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.

....., ngày ... tháng 02 năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)